DESCRITIVO TÉCNICO

Cód. ALKO 134 - Registro Anvisa: 80137010090

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

SERINGA 100301



Material/Apresentação: 2 Seringas de 65 mL em PVC atóxico transparente, livre de DEHP, livre látex. Composto pelos acessórios: tubo extensor espiralado de 2 vias em Y (150cm) e 2 válvulas de retenção, com um spike longo e outro curto. Produto Estéril e Apirógeno.

Descrição: Material compatível com injetora de meios de contraste (MC) e solução fisiológica (SF).

Indicação: Produto destinado para administração de meios de contrastes e/ou solução fisiológica.
Compatível com injetora Medrad Spectris MRI, Sino MRI, IMEX C60.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem e manusear o material adequadamente, para minimizar o risco de contaminação.

Instalação da seringa: Certifique-se de que o pistão da injetora esteja completamente retraído.

Retire a seringa da embalagem, conecte corretamente na injetora, até o travamento completo. Certifique- se de que a seringa esteja conectada corretamente na injetora.

Preenchimento da Seringa: Avance o êmbolo para cima. Remova a tampa e conecte o extensor de aspiração e injeção de contraste. Aspire o meio de contraste pelo conector de aspiração, até encher a seringa. Retire o ar do extensor por completo. Incline as seringas da injetora para baixo, para iniciar o exame.

Cuidados e Advertências: Inspecionar visualmente as condições da embalagem, se estiver violada, não utilizar. Inspecionar o contéudo antes da utilização. Não conecte o extensor no paciente, até que todo o ar tenha sido retirado da seringa e do extensor. Siga sempre técnica asséptica, durante todo o manuseio dos materiais. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado da mesma. Não remova o êmbolo para preencher a seringa. Certifique, se a seringa está acoplada corretamente na injetora e cheque se o pistão e êmbolo estão encaixados devidamente. Se houver acoplamento inadequado poderá ocorrer deslocamento do êmbolo e vazamento de MC e/ou SF na injetora, ocasiando assim danos na injetora.

Contraindicação: Este produto não é destinado a infusão de outros fármacos, quimioterápicos ou qualquer outro uso para o qual o produto não está indicado.

Armazenamento: Temperatura entre -18ºC a 50ºC em local fresco e seco.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado, de acordo com procedimentos padronizados pelas clínicas e/ou hospitais. Considerando se o lixo é infectante e/ou químico.

x u § Ш ? § Ш 7 Å É f x Ш f ? × É Ñ Å f Ш Е Ш 9 § ~ F Å 9 f § Ш x Ñ ? Ю
Åe¢ ~ ¢GÍJÚŤ OΣMÑÑ¢ue¢I¢ÅÝÍŤIJs¢ÚIJÝÍŸÅs 9EÂ ΞΞTNMpΞPP
ÑJJ PPΞNΞΠOPΦOOPΠ [¢ PPΞNΞΠOPΦOMMΠ ł¢Ħ ¢ût Ÿ Ť ŸÎI¢ł ΦHΠ 9 ÂsOΞNOTΠΠΞΠoMMMNpΦΦ